PETUNJUK PELAKSANAAN

PROGRAM NASIONAL PEMANTAPAN MUTU EKSTERNAL URINALISA SIKLUS II TAHUN 2023

P E N Y E L E N G G A R A :

BALAI BESAR LABORATORIUM KESEHATAN MAKASSAR
Jl. Perintis Kemerdekaan KM 11 Tamalanrea Makassar 90245
Email : pmebblkmakassar@gmail.com
Website : https://simpel.bblkmakassar.com

1. BAHAN UJI

Bahan uji yang dikirim merupakan bahan uji urine dalam bentuk cairan yang terdiri dari 2 (dua) botol untuk tiap siklus dengan kode bahan yang berbeda dan dikerjakan pada tanggal yang sama.

2. STABILITAS DAN PENERIMAAN BAHAN UJI

a. Bahan uji yang diterima diperiksa secara visual, dan segera simpan pada suhu 2°-8°C (Lemari Es). Jika bahan uji yang diterima rusak/tidak laik segera laporkan kepada penyelenggara.

b. Tanda terima bahan uji dilakukan secara Online melalui aplikasi *https://simpel.bblkmakassar.com/index* segera setelah bahan uji diterima.

1) Login dengan memasukkan E-mail addres dan password
2) Pilih hasil pemeriksaan
3) Pilih tanda terima bahan
4) Isi tanggal terima bahan, nama penerima bahan uji, ketersediaan juklat dan kode bahan uji yang diterima, kondisi bahan uji ketika diterima.
5) Pilih simpan

PERHATIAN

Bahan uji berasal dari manusia, oleh karena itu bahaya terinfeksi dapat terjadi. Kerjakan secara hati-hati dengan memperhatikan teknik-teknik keamanan kerja laboratorium.

3. PELAKSANAAN PEMERIKSAAN

a. Bahan diperiksa setelah dikeluarkan dari lemari es, diamkan selama 30 menit pada suhu kamar.

b. Homogenkan urine dengan cara botol dibolak-balik beberapa kali sehingga isi dalam botol tercampur dengan sempurna. Jangan dikocok agar *tidak terjadi busa*.

c. Pemeriksaan dilakukan sesuai dengan parameter yang tertera dalam input hasil dengan menggunakan metode pemeriksaan dan alat yang biasa dilakukan di laboratorium saudara dan diperlakukan sama seperti sampel sehari-hari.

4. CARA DOWNLOAD PETUNJUK PELAKSANAAN DAN PENGISIAN HASIL ONLINE PNPME

Petunjuk pelaksanaan dapat di download di aplikasi *https://simpel.bblkmakassar.com/index*

1. Login dengan memasukkan E-mail Address dan password
2. Pilih Download
3. Pilih Download Manual book dan Juknis → Download Juklak → pilih bidang yang diikuti **(Untuk Petunjuk Pelaksanaan)**
4. Pilih Download Manual Book dan Juknis →Download Manual Book Input Hasil → pada Bidang yang diikuti **(Untuk Pengisian Hasil Online)**

a. Ketentuan mengisi hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1). Hasil pemeriksaan parameter pH dan BJ berupa data kuantitatif.
2). Hasil pemeriksaan parameter Protein, Glukosa, Billirubin, Urobilinogen, Darah, Keton dan Lekosit berupa data semi kuantitatif (+5, +4, +3, +2, +1 dan negatif)
3). Hasil pemeriksaan parameter Nitrit dan Test Kehamilan berupa Data Kualitatif (positif atau negatif).

b. Bila ada komentar dan saran, dapat ditulis dibawah kolom CATATAN

c. Teliti apakah hasil yang diisi sudah benar dan sesuai dengan cara penginputan hasil.

d. Hasil yang sudah terkirim ke penyelenggara kemudian di cetak untuk sebagai bukti telah melakukan penginputan hasil.

5. WAKTU PELAKSANAAN

Bahan uji diperiksa secara serentak oleh semua laboratorium peserta pada tanggal :

30 Oktober – 1 November 2023

6. WAKTU PENGISIAIN HASIL ONLINE

a. Waktu pengisian hasil online selambat-lambatnya tanggal :

6 November 2023

b. Keterlambatan pengisian hasil berakibat hasil pemeriksaan saudara tidak dapat dievaluasi

`

7. CARA PENILAIAN

a. Masing-masing data hasil semua parameter ditentukan nilai tergetnya (modus) dari nilai konsensus.

b. Hasil peserta dibandingkan dengan nilai target, dihitung skornya berdasarkan tingkatan masing-masing.

PAREMATER	SKOR
pH dan Berat Jenis	4 : hasil benar
	3 : hasil selisih 1 tingkat
	2 : hasil selisih 2 tingkat
	1 : hasil selisih 3 tingkat
	0 : hasil selisih >3 tingkat
Protein, Glukosa, Billirubin, Urobilinogen, Darah, Keton dan Lekosit	4 : hasil benar
	3 : hasil selisih 1 tingkat
	2 : hasil selisih 2 tingkat
	1 : hasil selisih >2 tingkat
	0 : hasil salah
Nitrit dan Tes Kehamilan	4 : hasil benar
	0 : hasil salah

Kriteria Nilai :

Nilai > 3.00 = Baik
Nilai 2.01-3.00 = Cukup
Nilai 1.01 – 2.00 = Kurang
Nilai ≤ 1.00 = Buruk

8. EVALUASI

Evaluasi dilaksanakan oleh Balai Besar Laboratorium Kesehatan Makassar dan hasil evaluasi bisa diunduh pada aplikasi

http://sertifikatsimpel.bblkmakassar.com

CONTACT PERSON :

Arraz Kartanegara. S.Farm
0811463005